

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупку послуг з калібрування та метрологічної повірки газоаналізаторів «Дозор»
Заявка № 17365887

№ з/п	Перелік даних	Основні вимоги
1	Повне найменування	Закупівля послуг з технічного обслуговування, повірки, калібрування, ремонту (за необхідності) та отримання сертифікатів держповірки засобів стаціонарного та портативного газового контролю «Дозор», а саме: 1. Портативні газоаналізатори: Дозор С-ПВ (CO) – 7шт.; Дозор С-ПВ (C ₆ H ₁₄) – 1шт.; Дозор С-М-5 (CO ₂ , CO, H ₂ S, O ₂ , CH ₄) – 2шт.; Дозор С-М-2 (O ₂ , C _n H _m) – 1шт.; Дозор С-М-5 (SO ₂ , CO, O ₂ , NO, NO ₂) – 1шт.; 2. Стаціонарні системи газового контролю (кількість датчиків): ИПЦ Дозор С-5-20-6236-4 (CH ₄ , CO, H ₂ S) – 6шт.; ИПЦ Дозор С-1-ХЛОП-6256 (Cl ₂) – 2шт.; ИПЦ Дозор С-1-CO-6256 (CO) – 5шт.; ИПЦ Дозор (C _n H _m) – 5шт.; ИПЦ Дозор (CO) – 5шт.
2	Коротка назва	Повірка та калібрування (вимірювальних перетворювачів) газоаналізаторів
3	Назва об'єкту	ПРАТ «ЮЖКОКС»
4	Дані про замовника	Приватне акціонерне товариство «ЮЖКОКС», Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Щербицького, 1. Газорятівна служба
5	Перелік виконуваних робіт	Технічне обслуговування, ремонт (за необхідності), повірка, калібрування, отримання сертифікатів державної повірки
6	Обсяг виконання робіт	- Демонтаж засобів стаціонарного газового контролю; - Калібровка (портативних та стаціонарних газоаналізаторів); - Повірка, з отриманням Сертифікату (портативних та стаціонарних газоаналізаторів); - Ремонт газоаналізаторів (заміна АКБ, заміна сенсора, чищення насосу, заміна фільтрів грубого очищення) – за необхідності (при узгодженні з замовником); - Монтаж засобів стаціонарного газового контролю.
7	Термін виконання робіт	1 партія (портативні) – серпень 2024 року; 2 партія (стаціонарні) – жовтень 2024 року.
8	Місце виконання робіт	На території виконавця
	Доставка	Не потребує
9	Вимоги до виконавця	Виконавець повинен мати сертифікат підтвердження про можливість надання сервісних послуг, мати сертифікати відповідності про проходження навчання з сервісного та технічного обслуговування газоаналізаторів, сигналізаторів-аналізаторів Дозор. Виконавець повинен мати доступ для проведення робіт в газонебезпечних місцях за наряд-допуском.

Начальник ГРС

О.В. Коломойченко