


ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Начальник управління  
з технології та якості

 М.Ю. Фурсов

«06» 12 2024 р.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання

послуг з дослідження проб бензолу сирого кам'яновугільного  
за заявленими параметрами

На 3 аркушах

м. Кам'янське  
2024 р.


Виконання робіт в обсязі та відповідно до вимог, викладених в таблиці 1.

Таблиця 1



№ розділу	Найменування розділу	Зміст
<b>1</b>	<b>Загальні відомості</b>	
1.1	Назва та місцезнаходження об'єкта, дані про замовника	ПРАТ «ЮЖКОКС» м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., вул.Вячеслава Черновола 1, Україна, 51909
1.2	Обсяг виконуваних робіт, ступінь зносу	Дослідження проб бензолу сирого кам'яновугільного за заявленими параметрами – 3 проби на місяць, 30 проб за період з березня по грудень. Доставка зразків проб бензолу сирого кам'яновугільного здійснюється силами ПРАТ «ЮЖКОКС» За кожною пробою бензолу сирого проведення наступних вимірювань згідно з ТУ У 24.1-00190443-003-2003: -визначення масової частки відгону до 180 °С; -визначення масової частки бензолу; -визначення густини за температури 15 °С. На кожную пробу надається протокол випробувань.
1.3	Призначення й мета робіт	Дослідження проб бензолу сирого кам'яновугільного за заявленими параметрами
1.4	Характеристика об'єкта	Бензол сирий кам'яновугільний належить до підакцизних товарів, згідно статті 8 розділу III Закону України "Про державне регулювання виробництва і обліку спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального". Однією з обов'язкових вимог, що пред'являють до виробника є випробовування продукта за нормованими показниками якості згідно з ТУ У 24.1-00190443-003 «Бензол сирий кам'яновугільний» та видача протоколів випробувань. Випробування має проводити лабораторія яка атестована Національним агентством з акредитації України (НААУ)
1.5	Місце виконання робіт	Виконання послуг з дослідження проб бензолу сирого кам'яновугільного виконується на території підрядника.
<b>2</b>	<b>Будівельно-монтажні (та пуско-налагоджувальні) роботи</b>	
2.1	Вимоги до технічного забезпечення та Підрядника	-Підрядник повинен мати лабораторне обладнання для виконання послуг згідно вимог ТУ У 24 1-00190443-003 2003 «Бензол сирий кам'яновугільний»
2.2	Вимоги до кваліфікації Підрядника	-Підрядником має бути лабораторія, яка має атестат про акредитацію НААУ. У сферу акредитації повинні входити випробування бензолу сирого кам'яновугільного на показники якості: -визначення масової частки відгону до 180 °С; -визначення масової частки бензолу; -визначення густини за температури 15 °С.
2.3	Вимоги з охорони праці, промислової безпеки та забезпечення охорони навколишнього середовища при виконанні БМР / ПНР	Роботи з БМР / ПНР не виконуються
2.4	Додаткові вимоги до БМР	Не вимагається

№ розділу	Найменування розділу	Зміст
2.5	Додаткові вимоги до ПНР	Не вимагається
2.6	Нормативний документ, на підставі якого має контролюватись якість планованих робіт	ТУ У 24.1-00190443-003 «Бензол сирий кам'яновугільний»
2.7	Вимоги з надійності, гарантійним строкам експлуатації	Не вимагається
2.8	Терміни виконання робіт	Не більш 3 робочих днів з дати отримання зразків
3	Номер інвесторського кошторису, показники розрахунку	Кошторис не вимагається, згідно з Комерційною пропозицією.
4	Вимоги до технічної пропозиції постачальника	Не вимагається
5	Вимоги до комерційної пропозиції постачальника	Не вимагається

#### Список відповідальних виконавців

Структурний підрозділ, посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис, дата
Начальник центральної лабораторії	Бугрова Т.В.	 02.12.2024

#### Лист узгодження

Структурний підрозділ, посада	Прізвище, ім'я, по-батькові	Підпис, дата
Начальник технічного відділу	Фещенко С.М.	 02.12.2024
Начальник центральної лабораторії	Бугрова Т.В.	 02.12.2024

## Панасюк Олена Володимирівна

---

**От:** Гребінь Світлана Олександрівна  
**Отправлено:** 3 грудня 2024 р. 13:35  
**Кому:** Панасюк Олена Володимирівна  
**Копия:** Червинський Дмитро Анатолійович  
**Тема:** FW: Испытания бензола сырого каменноугольного

Добрий день.

На роботи по проведенню випробувань бензолу сирого кам'яновугільного кошторис скласти неможливо у зв'язку з відсутністю кошторисних норм в ПК АВК-5

---

**From:** Панасюк Олена Володимирівна <Elena.Panasyuk@bkoks.dp.ua>  
**Sent:** Tuesday, December 3, 2024 1:24 PM  
**To:** Гребінь Світлана Олександрівна <Svetlana.Grebin@bkoks.dp.ua>  
**Subject:** Испытания бензола сырого каменноугольного

Добрий день, Світлана Олександрівна. Прошу Вас розглянути можливість осметити роботи по проведенню випробувань бензолу сирого кам'яновугільного в кількості 30 зразків:  
За кожною пробою бензолу сирого кам'яновугільного проведення наступних вимірювань згідно з ТУ У 24.1-00190443-003-2003:

- визначення масової частки відгону до 180 °С;
- визначення масової частки бензолу;
- визначення густини за температури 15 °С.

Заздалегідь дякую.

С уважением,  
**Елена Панасюк**  
*Руководитель группы контрольно-аналитической*  
Центральная лаборатория  
ЧАО «ЮЖКОКС»  
☎ тел. (050) 144 28 61 ; (067) 594 53 43  
✉ [elena.panasyuk@bkoks.dp.ua](mailto:elena.panasyuk@bkoks.dp.ua)