

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

Дробилка щековая ВВ 50

(наименование оборудования, ТМЦ)


Название проекта Проект поддержания: Приобретение Щековой дробилки ВВ 50
4 стр. (заполняется в случае приобретения оборудования в рамках реализуемого проекта)

Составлено:

Производственное подразделение (цех) Отдел технического контроля

Инициатор закупки


Начальник отдела технического контроля
(должность)


(подпись)

Г.В. Рубан
Ф.И.О


Согласовано (при необходимости):

Главный механик - начальник ОГМ


(подпись)

Д.И. Коврига
Ф.И.О

Директор по инжинирингу


(подпись)

И.В. Струсевич
Ф.И.О

Состав технического задания

1. Общая информация

1.1 Стадия проектирования	
1.2 Ф.И.О. технического эксперта ответственного за разработку ТЗ, должность, телефон	Начальник отдела технического контроля Г.В. Рубан 45-77
1.3 Основание для разработки (в случае приобретения оборудования в рамках реализуемого проекта)	Приобретение в рамках бюджета 2021 г.
1.4 Место расположения	Помещение углепробной
1.5 Планируемый способ закупки (указывается, если известен Инициатору)	
1.6 Планируемая стоимость оборудования (указывается исходя из бюджетной стоимости закупки)	358 200,00 грн.

2. Объем поставки

В объем поставки входит:

2.1 Запасные части (указать какие и в каком кол-ве зап. части требуются)	Подвижная щека – 1 шт Неподвижная щека -1 шт , Боковые пластины 1 пара	
2.2 Разрешительная документация		не требуется
2.3 Шеф-монтаж и надзор за пуском оборудования в эксплуатацию		не требуется
2.4 Проведение гарантийных испытаний		не требуется
2.5 Пуско-наладочные работы		не требуется
2.6 Возможность рассмотрения альтернативных предложений Поставщика по составу и параметрам оборудования, расширению комплексности поставки	возможно	

3. Срок поставки и выполнения работ

Оборудование/Запасные части/оказание услуги	Срок поставки
Дробилка щековая ВВ 50	4 квартал 2021

4. Условия эксплуатации

Оборудование будет располагаться:

отапливаемом помещении с подогревом в зимнее время до 10 °С
(в отапливаемом помещении с подогревом в зимнее время до 20 °С (уточняется Инициатором), неотапливаемом помещении, на улице, на улице под навесом и др. варианты).

5. Требования к оборудованию

5.1 Общие требования	Дробилка щековая ВВ 50 предназначена для измельчения угольных концентратов и шихты при подготовке проб. Исходный размер частиц - < 40 мм Конечная тонкость - < 0,5 мм Настройка ширины щели – 0-11 мм Потребление энергии – 1,1кВт Размольные щеки – марганцевая сталь
5.2 Требования к приводу	-
5.3 Требования к интерфейсу, системам управления, КИПиА	Отображение ширины щели - цифровое
5.4 Требования к надежности	Компактный настольный прибор Автоматическое оповещение об износе мелющих щек Быстросъемная размольная щека для легкой очистки
5.5 Требования к охране труда и технике безопасности	Предохранители для защиты от коротких замыканий цепи, индикатор включения
5.6 Прочие требования	-

6. Запасные части

В объем поставки должны входить следующие запасные части:

6.1 запасные части (если требуется)	Подвижная щека – 1 шт Неподвижная щека -1 шт , Боковые пластины 1 пара
6.2 пусковые запчасти, используемые при монтажных и пусконаладочных работах (если требуется)	- -
6.3 страховые запчасти (если требуется)	- -

7. Техническая документация

7.1 монтажная документация	- (установочные чертежи оборудования, схемы для монтажа трубных и кабельных разводов, инструкции по монтажу, каталоги и др)
7.2 паспорт	требуется
7.3 инструкции по наладке, пуску и эксплуатации	требуется
7.4 документацию, поставляемую вместе с оборудованием	- (чертежи общих видов и узлов оборудования, сборочные чертежи, диаграммы, схемы и др)
7.5 чертежи быстроизнашивающихся деталей	не требуется
7.6 сертификаты, подтверждающие качество поставляемого оборудования	Не требуется

8. Разрешительная документация

8.1 разрешение технадзора на применение поставляемого оборудования		не требуется
8.2 сертификаты на соответствие требованиям промышленной безопасности поставляемого оборудования, включая комплектующие материалы и изделия, запчасти, средства измерения и др		не требуется
8.3 Прочее: указать прочую необходимую документацию		

9. Испытания

Испытания оборудования должны проводиться на заводе-изготовителе по стандартам завода-изготовителя с подтверждением соответствующим Актом (завода-изготовителя) либо в присутствии представителя Инициатора.

не требуется

10. Гарантийные обязательства

Обязательны следующие гарантийные обязательства от Поставщика:

Параметр	Срок
Качество и надежная работа поставляемого оборудования не менее:	_____ месяцев с даты пуска оборудования в эксплуатацию
	_____ 12 _____ месяцев с даты поставки
Прочие параметры	

11. Дополнительные материалы * (если требуется)

Наименование	Значение
Ручки для переноски	1 пара
Крышка для приемного сосуда	1 пара

*В качестве дополнительных параметров могут быть запрошены:

- Референц-лист (приложение 2 к ТЗ);
- Другие необходимые документы.

РА 6519-21-001-003